

T155/67
T155/68
T155/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column C18, 3.5 μ m, 4.6 x 150 mm with guard column

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 4.6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด C18 ที่มี nonfunctional silane และ bulky diisobutyl (SB-C18) เป็น side chain
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 3.5 ไมโครเมตร และมีความพรุน (pore size) ประมาณ 80 อังสตรอม
 - 2.3 มี surface area ประมาณ 180 ตารางเมตรต่อกรัม
 - 2.4 มี carbon loading ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
 - 2.5 ใช้กับ mobile phase ที่มี pH 0.8 - 8 ได้
 - 2.6 เป็นคอลัมน์ไม่ endcapped
3. มี guard column ประกอบด้วย guard holder 1 ชุด และ guard cartridge เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 4.6 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 12.5 มิลลิเมตร อย่างน้อย 4 ชิ้น และสามารถประกอบกับ HPLC column ได้เป็นอย่างดี
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๘


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๙



.....ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



(นายอุดม เจือจันทร์)


.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


.....กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รัตนะสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์