

T183/67

T183/68


T183/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Fingertight Fitting ขนาด 100 µm x 750 mm
สำหรับเครื่อง UHPLC ยี่ห้อ Thermo Scientific

1. เป็น tube นำสารละลายสำหรับเครื่อง UHPLC ยี่ห้อ Thermo Scientific
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1,000 bar (14,500 psi)
 - 2.2 สามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส
3. ตัวท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 100 ไมโครเมตร และยาว 750 มิลลิเมตร และมี fitting ชนิด fingertight ที่ปลายทั้งสองด้าน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)


รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)



กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์