

T201/68
T 201/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Combined platinum ring redox electrode for automatic titrator

1. เป็น electrode ที่มี platinum ring sensor สำหรับ redox titration ทุกชนิดสามารถใช้กับเครื่อง automatic titrator ยี่ห้อ Mettler Toledo ที่มีอยู่เดิมได้
2. สามารถวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ในช่วง -2000 ถึง +2000 mV ได้
3. มี electrolyte 3 mol/L KCl ปริมาตรไม่น้อยกว่า 25 มิลลิลิตร
4. มีหมายเลขระบุรุ่น บน electrode พร้อมแนบใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ (Quality certificate) ในวันส่งมอบ มีเอกสารแนะนำการใช้งาน 1 ชุด และบรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙




..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์