

T210/67

T210/68

T210/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

PTV Baffle Liner สำหรับเครื่อง GC ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TRACE 1310

1. เป็น PTV injector ports liner ที่มีลักษณะแบบ baffle
2. สามารถใช้งานกับเครื่อง gas chromatograph (GC) ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TRACE 1310 ได้
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.0 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.75 มิลลิเมตร และมีความยาว 120 มิลลิเมตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

รอง

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

รักษาการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์