

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Quartz sample boats สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปรอท


1. เป็นถาดหลุมสำหรับบรรจุตัวอย่าง
2. ทำจากควอตซ์
3. สามารถบรรจุตัวอย่างได้ประมาณ 1.5 มิลลิลิตร
4. สามารถใช้งานกับ Autosampler ของเครื่องวิเคราะห์ปรอท ยี่ห้อ Milestone รุ่น DMA-80 evo ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569




..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

 กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

 กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์