

T222/67

T 222/68

T 222/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Sample heating tube for Mercury analyzer ยี่ห้อ NIC รุ่น MA-3000

1. เป็น sample heating tube (combustion tube) สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปรอท ยี่ห้อ NIC รุ่น MA-3000
2. หลอดทำจากควอตซ์ (quartz) ภายในประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
 - 2.1 sample heating furnace เป็นส่วนให้ความร้อนตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการระเหยของสารประกอบปรอท (mercury compounds)
 - 2.2 decomposing furnace เป็นส่วนที่แยกสารประกอบปรอท (mercury compounds) ให้เกิดเป็น atomized mercury gas
3. สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 1,000 องศาเซลเซียส
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

นาง


รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

รักษาแทน

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์