

T268/67

T268/68

T268/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column, C8, 5 μ m, 4.6 x 250 mm

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.6 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณลักษณะดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด octylsilane (C8)
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) 5 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ประมาณ 140 อังสตรอม
 - 2.3 มีพื้นที่สัมผัสของสาร (surface area) ประมาณ 150 ตารางเมตร/กรัม
 - 2.4 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (carbon loading) ไม่น้อยกว่า 6%
 - 2.5 เป็นคอลัมน์แบบ endcapped
 - 2.6 ใช้กับ mobile phase ที่มี pH 2.5 - 8 ได้
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด.

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

นาง


รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

รักษาการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์