

T274/67

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

T274/68

Immunoaffinity column for Zearalenone analysis, 3 mL

T274/69

1. เป็น columns สำเร็จรูปปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร ที่ใช้จับ Zearalenone โดยใช้เทคนิค monoclonal antibody-based affinity chromatography และใช้ในการ clean up ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ Zearalenone ได้ด้วยเครื่อง HPLC หรือ LC-MS/MS
2. ภายในคอลัมน์บรรจุด้วย
 - 2.1 สารที่มีความจำเพาะกับ Zearalenone ซึ่งถูกเคลือบด้วย monoclonal antibodies
 - 2.2 สารละลาย buffer สำหรับป้องกันไม่ให้ monoclonal antibodies แห้ง
3. มีค่า limit of detection (LOD) ไม่เกิน 1.9 ppb
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis หรือ analytical data sheet) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ทดสอบคุณภาพอย่างน้อย 3 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้ซื้อกำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๙

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจือจันทร์)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์