

T275/67

T275/68

T275/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Immunoaffinity column for Mycotoxins analysis, 1-5 mL

1. เป็น columns สำเร็จรูปปริมาตรไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร ที่ใช้จับ Mycotoxin 6 กลุ่ม ประกอบด้วย Aflatoxins, Ochratoxin A, Fumonisin, Deoxynivalenol, Zearalenone, T-2 โดยใช้เทคนิค immunoaffinity columns และใช้ในการ clean up ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์สารกลุ่ม Mycotoxin 6 กลุ่ม ได้ด้วยเครื่อง LC-MS/MS
2. ภายในคอลัมน์บรรจุด้วย
 - 2.1 สารที่มีความจำเพาะกับ Mycotoxin ทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งถูกเคลือบด้วย monoclonal antibodies
 - 2.2 สารละลาย Buffer สำหรับป้องกันไม่ให้ monoclonal antibodies แห้ง
3. ใช้ methanol ไม่ใช้กรดในขั้นตอนการชะตัวอย่าง (elute)
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis หรือ analysis data sheet) แนบมาพร้อม กับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบคุณภาพอย่างน้อย 3 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้ใช้กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อัจฉริยกุล)


นาง รองประธานกรรมการ

(นางสาวรยา ตั้งศิริทรัพย์)




กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)



กรรมการและเลขานุการ


(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)



(นายอุดม เจื้อจันทร)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์