

T301/67

T 301/68

T301/69

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

Triple Quadrupole Calibration Solution

1. เป็นสารละลายสำหรับการปรับตั้งเครื่อง mass spectrometer ชนิด Triple Quadrupole ยี่ห้อ Thermo Scientific
2. มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีส่วนประกอบสำคัญ ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 95.0 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้
 - 2.1 Imidazole
 - 2.2 Triethylamine
 - 2.3 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
 - 2.4 Hexamethoxyphosphazene
 - 2.5 Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
 - 2.6 Hexakis(1h,1h,9h-perfluorononyloxy)phosphazene
3. มีตัวทำละลาย ดังนี้
 - 3.1 Acetonitrile LC-MS grade ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์
 - 3.2 Water LC-MS grade
 - 3.3 2-propanol LC-MS grade ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์





ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)


กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์