

T306/67
T306/68
T306/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

SPE Alumina N 4,000 mg

1. เป็น solid phase extraction (SPE) คอลัมน์มีลักษณะเป็นหลอดทรงกระบอกทำด้วยพลาสติก สามารถบรรจุสารละลายในคอลัมน์เหนือ sorbent ได้ไม่น้อยกว่า 35 มิลลิลิตร
2. Sorbent phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็น aluminium oxide, neutral ปริมาณ 4,000 มิลลิกรัม
 - 2.2 มี particle size อยู่ในช่วงระหว่าง 60 - 150 ไมโครเมตร
 - 2.3 มี pore size อยู่ในช่วงระหว่าง 85 - 120 อังสตรอม หรือ pore volume อยู่ในช่วงระหว่าง 0.85 -1.20 มิลลิลิตร/กรัม
 - 2.4 มี surface area อยู่ในช่วงระหว่าง 145 -160 ตารางเมตร/กรัม
 - 2.5 มี pH value อยู่ในช่วงระหว่าง 6.5 - 7.5
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น/กล่อง คอลัมน์บรรจุในภาชนะที่สามารถกันแสง อุณหภูมิและความชื้นได้อย่างดี บรรจุจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดลองใช้อย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์