





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column, C18, 2.6 μ m, 4.6 x 50 mm with guard column

1. เป็น HPLC column มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 4.6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 50 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด octadecylsilane (C18) แบบ endcapped
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 2.6 ไมโครเมตร และมีความพรุน (pore size) ประมาณ 100 อังสตรอม
 - 2.3 มีพื้นที่สัมผัสของสาร (surface area) ประมาณ 200 ตารางเมตรต่อกรัม
 - 2.4 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (carbon loading) ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์
 - 2.5 สามารถใช้งานในช่วง pH ตั้งแต่ 1.5 – 8.5 ได้
3. คอลัมน์ 1 ชุด ประกอบด้วย guard holder 1 ชิ้น และมี guard cartridge ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.6 มิลลิเมตร อย่างน้อย 3 ชิ้น ซึ่งสามารถประกอบกับ HPLC ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีใบรับรองการตรวจสอบ (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

.....รองประธานอนุกรรมการ .....อนุกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์) (นายไกรวุฒิ นวลสว)

.....อนุกรรมการ .....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะ) (นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์