

T313/67

T313/68

T313/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

UHPLC Guard Cartridge 4.6 x 5.0 mm ID สำหรับ column Eclipse XDB-C18


1. เป็น guard cartridge มีขนาดไม่น้อยกว่า 4.6 x 5.0 มิลลิเมตร
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ใช้สำหรับ Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC)
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 1.8 ไมโครเมตร สามารถทนแรงดันได้ประมาณ 600 bar
3. สามารถประกอบกับ HPLC column Eclipse XDB-C18 ยี่ห้อ Agilent ได้
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



.....ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


.....กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลสว)


.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์