

T329/67
T329/68
T329/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column ODS, 3 μ m, 3.0 x 150 mm with guard column

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 3.0 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็น spherical silica ความบริสุทธิ์สูง ที่มี bonded phase ชนิด octadecylsilyl (ODS)
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 3 ไมโครเมตร และมีความพรุน (pore size) ประมาณ 10 นาโนเมตร หรือ 110 อังสตรอม
 - 2.3 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (carbon loading) ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์
 - 2.4 สามารถใช้งานในช่วง pH ตั้งแต่ 2 - 7.5 ได้
 - 2.5 เป็นคอลัมน์แบบ endcapped
3. มี guard column ที่ประกอบด้วย guard cartridge ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 3.0 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร ขนาดอนุภาคประมาณ 3 ไมโครเมตร 2 ชิ้น และ holder 1 ชิ้น ซึ่งสามารถประกอบกับ HPLC Column ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๕


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑



.....ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อจสูงเนิน)




.....กรรมการ
(นายอุดม เจือจันทร์)


.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


.....กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์