


T339/67
T 839/68
T339/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Catalyst Tube สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปรอท


1. เป็นหลอดแก้วปลายเปิดสองด้านทำจาก quartz
2. ภายในบรรจุสารประกอบที่แตกต่างกัน 3 ชั้น
3. สารประกอบภายในเป็น inorganic salt และ metal oxides
4. สามารถใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์ปรอท ยี่ห้อ Teledyne Leeman Labs รุ่น Hydra IIC ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์