


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Exhaust filter for Mass Spectrometer

T369/67
T369/68
T369/69

1. เป็น exhaust filter ซึ่งทำหน้าที่กรองอากาศที่ออกจากระบบกำเนิดไอออน (ion source)
2. สามารถใช้กับ roughing pump ยี่ห้อ Agilent รุ่น MS40 หรือ MS40+ ที่ใช้กับเครื่อง mass spectrometer ยี่ห้อ Sciex รุ่น 5500 ที่มีอยู่ได้
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖


..... ประธานกรรมการ


(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ


(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ


(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


.....


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์