

T382/67

T382/68

T382/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column, C18, 3  $\mu$ m, 2.0 x 50 mm

1. เป็น HPLC Column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 2.0 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 50 มิลลิเมตร
2. Stationary Phase มีคุณสมบัติดังนี้
  - 2.1 เป็นชนิด Octadecylsilane (C18), TMS endcapping
  - 2.2 มีขนาดอนุภาค (Particle size) 3.0 ไมโครเมตร และความพรุน (Pore size) ประมาณ 110 อังสตรอม
  - 2.3 มีพื้นที่สัมผัสของสาร (Surface area) ประมาณ 375 ตารางเมตร/กรัม
  - 2.4 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (Carbon loading) ประมาณ 14%
  - 2.5 ใช้กับ mobile phase ที่มี pH 1.0 - 12.0 ได้
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ Lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



.....ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)




(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์