

T383/67

T383/68

T383/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Torch สำหรับเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น ICAP 7000

1. เป็น torch ชนิด EMT duo torch
2. มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ทำจากวัสดุที่เป็น quartz มีรูให้แก๊ส argon ผ่านได้
3. สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น ICAP 7000 ได้
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)



กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์