

T387/68


T387/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Enduro Blue Septum สำหรับเครื่อง GC


1. เป็น septum แบบ low bleed สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 350 องศาเซลเซียส
2. สามารถใช้กับ injection port ของเครื่อง Gas Chromatograph ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น GC-2010 Plus ที่มีอยู่ได้
3. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง จำนวน 50 ชิ้นต่อแพ็ค
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



.....ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


.....กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์