


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Polystyrene Reference Material for Fourier transform infrared spectrophotometer


1. เป็นแผ่นฟิล์มชนิด Reference Material สำหรับ calibrate ของเครื่อง Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR)
2. แผ่นฟิล์มทำจาก polystyrene สามารถตรวจสอบ wavelength accuracy ได้ในช่วง $540\text{ cm}^{-1} - 3125\text{ cm}^{-1}$ (3.2 ไมโครเมตร - 18.5 ไมโครเมตร) มีค่า certified peak อย่างน้อย 7 พีค
3. มีความหนาประมาณ 38 ไมโครเมตร ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569.
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.2 มีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
 - 4.3 สามารถสอบกลับถึง NIST SRM
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



 ประธานกรรมการ
 (นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


 รองประธานกรรมการ
 (นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


 กรรมการ
 (นายไกรวุฒิ นวลขาว)


 กรรมการ
 (นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์