T394/68

T394/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Combined glass pH electrode for automatic titrator

1. เป็น electrode ชนิด combined glass pH electrode ใช้สำหรับวัดค่า pH และ ไทเทรต ในสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย สามารถใช้กับเครื่อง automatic titrator ยี่ห้อ Mettler Toledo ที่มีอยู่เดิมได้
2. สามารถวัดค่า pH ในช่วง 0-14 ได้ และสามารถส่งสัญญาณวัดได้อย่างเสถียรที่ช่วงอุณหภูมิ 0-80 องศาเซลเซียส
3. มี electrolyte 3 mol/L KCl ปริมาตรไม่น้อยกว่า 25 มิลลิลิตร
4. มีหมายเลขระบุรุ่น บน electrode พร้อมแนบใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ (Quality certificate) ในวันส่งมอบ มีเอกสารแนะนำการใช้งาน 1 ชุด และบรรจุในภาชนะปิดสนิท จากผู้ผลิตโดยตรง ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์