

T401/67

T401/68

T401/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Peristaltic pump tubing, flared end, 3 bridges, ID. 0.508 mm

1. เป็น tube ชนิด PVC มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.508 มิลลิเมตร ส่วนปลายมีลักษณะบานออก (flared end)
2. มีตัวล็อกที่ปลายทั้งสองด้านเป็นสีส้มและตรงกลางเป็นสีเหลือง
3. สามารถใช้งานกับเครื่อง ICP MS ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น iCAP RQ ได้
4. มีขนาดบรรจุ 12 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๙

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕9.




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

นาง


รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

โฆษก

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์