

T402/67

T 402/69

T 402/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Stainless steel union ขนาด 0.02 นิ้ว สำหรับเครื่อง LC ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TSQ

1. เป็น stainless steel union มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.02 นิ้ว
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย stainless steel union 1 ชิ้น stainless steel nut และ ferrules อย่างละ 2 ชิ้น
3. สามารถใช้งานกับเครื่อง LC ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TSQ ได้
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์