

T403/67

T403/68

T403/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Tubing Fingertight Fitting, ID. 130 μ m, length 150 mm

1. เป็น tube นำสารละลายชนิด PEEK มี fitting ชนิด fingertight ที่ปลายทั้งสองด้าน
2. คุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ตัวท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 130 ไมโครเมตร และยาว 150 มิลลิเมตร
 - 2.2 สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 345 บาร์
3. สามารถใช้งานกับเครื่อง LC ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TSQ ได้
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568.

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569.



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


รองประธานกรรมการ

(นางสาวนริยา ตั้งศิริทรัพย์)




กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)



กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์