


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column, Solid core, C18 double endcapped, 2.7 μ m, 2.1 x 150 mm
with guard column


1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 2.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด C18 แบบ double endcapped
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 2.7 ไมโครเมตร ชนิด solid core และมี porous outer layer ประมาณ 0.5 ไมโครเมตร มีความพรุน (pore size) ประมาณ 120 อังสตรอม
 - 2.3 มี surface area ประมาณ 130 ตารางเมตรต่อกรัม
 - 2.4 มี carbon loading ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
 - 2.5 ใช้กับ mobile phase ที่มี pH 2 - 8 ได้
 - 2.6 สามารถทนแรงดันได้ถึง 600 bar
3. มี guard column เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 2.1 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ภายในบรรจุด้วย sorbent ชนิด C18 ที่มีขนาดอนุภาคประมาณ 2.7 ไมโครเมตร อย่างน้อย 3 ชั้น และสามารถใช้งานกับ HPLC คอลัมน์ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖



.....ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


.....กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์