

T419/67

T419/68

T419/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column Core-Shell C18, 2.6 μ m, 3.0 x 150 mm, with guard column


1. เป็น HPLC column ทำด้วยโลหะสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 3.0 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณลักษณะดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด endcapped C18 phase และ solid support เป็นแบบ core-shell silica
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 2.6 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ประมาณ 100 อังสตรอม
 - 2.3 มีพื้นที่สัมผัสของสาร (surface area) ประมาณ 200 ตารางเมตร/กรัม
 - 2.4 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (carbon loading) ประมาณ 12%
 - 2.5 สามารถใช้งานกับ mobile phase ที่มีค่า pH ตั้งแต่ 1.5 – 10 ภายใต้ isocratic conditions หรือ pH ตั้งแต่ 2 – 8 ภายใต้ gradient conditions
3. คอลัมน์ 1 ชุด ต้องมี guard holder อย่างน้อย 1 อัน และมี guard cartridges ความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 3 มิลลิเมตร อย่างน้อย 3 อัน ซึ่งสามารถประกอบกับ HPLC column ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๙


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๙



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนริยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์