

T428/67


T428/68

T428/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

GC column, fused silica, 30 m x 0.32 mm ID


1. เป็น GC column ชนิด fused silica with siltek deactivation ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร
2. มี stationary phase คุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด proprietary crossbond
 - 2.2 มีความหนาของฟิล์มเคลือบ 0.5 ไมโครเมตร
 - 2.3 สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึงไม่น้อยกว่า 310 องศาเซลเซียส
 - 2.4 สำหรับงานวิเคราะห์สารกลุ่ม organochlorine pesticides และ herbicides
 - 2.5 ช่วยเพิ่มสัญญาณ (responses) ในการตรวจวัดสาร endrin และ DDT
3. มี guard column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร ความยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชิ้น และมี universal press-tight connectors จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น ที่สามารถใช้งานร่วมกับ GC column ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบ แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๙




ประธานกรรมการ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๙

(นายชูศักดิ์ อัจจุสวณ)




(นายอุดม เจือจันทร์)




ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รัตนะสุข)



กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์