

T437/67

T437/68

T437/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC column, porous graphitic carbon, 5 μ m, 100 mm x 2.1 mm ID

1. เป็น HPLC column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.1 มิลลิเมตร ความยาว 100 มิลลิเมตร
2. มี stationary phase คุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด porous graphitic carbon
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 5 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ประมาณ 250 อังสตรอม
 - 2.3 มีพื้นที่สัมผัสของสาร (surface area) ประมาณ 120 ตารางเมตร/กรัม
 - 2.4 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (carbon loading) ประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์
 - 2.5 ใช้กับ mobile phase ที่มีค่า pH 0 - 14 ได้
3. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GB/T 19001 หรือ ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ Lot ที่ส่งมอบ แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๖




ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนริยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์