

T444/67

T444/68

T444/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column, PSDVB, 4.6 mm x 250 mm with guard column

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.6 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณลักษณะดังนี้
 - 2.1 เป็นแบบ reversed phase ชนิด polystyrene divinylbenzene (PSDVB)
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) 10 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ประมาณ 100 อังสตรอม
 - 2.3 สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส
 - 2.4 สามารถใช้งานกับ mobile phase ที่มีค่า pH ตั้งแต่ 1-13 ได้
3. คอลัมน์ 1 ชุด ต้องมี guard holder อย่างน้อย 1 อัน และมี guard cartridges อย่างน้อย 5 อัน ซึ่งสามารถประกอบกับ HPLC column ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)



กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)




(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์