

T449/68


T449/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


Alumina Injector สำหรับเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Avio 550 Max


1. ทำจากวัสดุ alumina เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.0 มิลลิเมตร
2. ทนต่อการกัดกร่อนกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) และ aqua regia
3. สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Avio 550 Max ได้
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



..... ประธานกรรมการ
(นายซัคดี อาจสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์