

T500/68

T500169

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Nebulizer แบบ parallel path สำหรับเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Avio 550 Max

1. ทำจากวัสดุ PEEK
2. Nebulizer แบบ parallel path มีอัตราการดูดของสารละลายที่ 0.2 ถึง 2.5 มิลลิลิตร/นาที
3. สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Avio 550 Max ได้
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์