

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

GC column for alcohols analysis, 30 m x 0.25 mm ID

1. เป็น GC column สำหรับวิเคราะห์ alcohols หรือ volatiles มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด 6% cyanopropylphenyl และ 94% dimethylpolysiloxane
 - 2.2 มีความหนาของฟิล์มเคลือบ 1.40 ไมโครเมตร
3. สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 260 องศาเซลเซียส
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

รักษาแทน กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์