

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Immunoaffinity column for Aflatoxins analysis, 1 mL


1. เป็น columns สำเร็จรูปปริมาตรไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร ที่ใช้จับ Aflatoxins โดยใช้เทคนิค monoclonal antibody-based affinity chromatography และใช้ในการ clean up ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ Aflatoxins ได้ด้วยเครื่อง Fluorometer หรือ HPLC
2. ภายในคอลัมน์บรรจุด้วย
 - 2.1 สารที่มีความจำเพาะกับ Aflatoxins ซึ่งถูกเคลือบด้วย monoclonal antibodies
 - 2.2 สารละลาย buffer สำหรับป้องกันไม่ให้ monoclonal antibodies แห้ง
3. สามารถวิเคราะห์ Aflatoxins อยู่ในช่วง 0.1 – 300 ppb
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (Certificate of analysis หรือ Analysis Data Sheet) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบคุณภาพอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้ซื้อกำหนด
 - 4.5 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 25 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2561



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




ประธานกรรมการ


(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)




(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)



(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์