

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC column, HILIC, 1.7 μ m, 2.1 x 100 mm with guard column

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 2.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 100 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด HILIC เหมาะสำหรับแยกสารกลุ่ม hydrophilic
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) 1.7 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ประมาณ 100 อังสตรอม
 - 2.3 มีพื้นที่สัมผัสของสาร (surface area) ประมาณ 200 ตารางเมตร/กรัม
 - 2.4 ใช้งานได้กับ mobile phase ที่มี pH 2.0 – 7.5 ได้
3. คอลัมน์ 1 ชุด ประกอบด้วย guard holder 1 ชิ้น และมี guard cartridge ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.1 มิลลิเมตร อย่างน้อย 3 ชิ้น ซึ่งสามารถประกอบกับ HPLC column ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีใบรับรองการตรวจสอบ (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

นาง..... รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลสว)

กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์