

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

## Soaking solution สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน แบบอัตโนมัติ

1. เป็นสารละลายที่ใช้ทำความสะอาด flow cell ในระบบอินฟราเรด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Bentley Instruments
2. ใน 1 กล่องประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
  - 2.1 ส่วนที่ 1 Soaking solution Part 1 มีส่วนประกอบ ดังนี้
    - 2.1.1 Disodium tetraborate, decahydrate อยู่ในช่วง 1-5%
    - 2.1.2 Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate อยู่ในช่วง 1-5%
    - 2.1.3 มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี
  - 2.2 ส่วนที่ 2 Soaking solution Part 2 มีส่วนประกอบ ดังนี้
    - 2.2.1 Subtilisin ไม่มากกว่า 2.5%
    - 2.2.2 4-formylphenylboronic acid ไม่มากกว่า 2.5%
    - 2.2.3 มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีเหลืองอำพัน
3. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 3.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาพร้อมสินค้าที่ส่งมอบ
  - 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
  - 3.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
  - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
4. มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ  
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ ..... กรรมการ  
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์) (นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข) (นายรัชชานนท์ รักชีพ)

.....  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์