

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Surfactant สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ

1. เป็นสารละลายที่ช่วยลดแรงตึงผิวใช้เตรียมสีย้อมเพื่อใช้ตรวจนับโซมาติกเซลล์สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Bentley Instruments
2. มีส่วนประกอบ ดังนี้
 - 2.1 Alcohol, C12-14-secondary,ethoxylated อยู่ในช่วง 90 - 100%
 - 2.2 Polyethylene glycol อยู่ในช่วง 1 - 5%
3. มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาพร้อมสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.5 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อัจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ กรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์) (นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข) (นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์