

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dye solution สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ

1. เป็นสารละลายที่ใช้เตรียมสีย้อมเพื่อใช้ตรวจนับโซมาติกเซลล์สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Bentley Instruments
2. มีส่วนประกอบสำคัญ คือ ethidium bromide น้อยกว่า 2%
3. มีลักษณะเป็นของเหลวสีแดงเข้ม
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาพร้อมสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.5 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อัจสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ กรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์) (นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข) (นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์