




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาทวนสอบประสิทธิภาพสำหรับเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ยี่ห้อ Orion


1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับใช้ calibrate ค่า conductivity
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1. มีค่าความนำไฟฟ้าเท่ากับ $100 \pm 2 \mu\text{S}/\text{cm}$ โดยมีปริมาณของ
 - 2.1.1 Potassium chloride (KCl) อยู่ในช่วง 0.1 - 1%
 - 2.1.2 Water อยู่ในช่วง 90 - 100%
3. สามารถใช้กับเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ยี่ห้อ Orion ที่มีอยู่ได้
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1. มีใบรับรองคุณภาพผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าในวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.3. ขนาดบรรจุ 1 ชุด มี 5 ขวด ขวดละไม่น้อยกว่า 60 มิลลิลิตร
 - 4.4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รัตนะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์