G002/67

G002/68
G002/69
G002/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมชนิด DNA

1. เป็นชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมชนิด DNA สำหรับเครื่อง Real-time PCR
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 น้ำยา Master mix ความเข้มข้น 2x มีส่วนประกอบของ DNA polymerase, SYBR Green I dye และ dNTP ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร ต่อขวด จำนวน 5 ขวด
   2.2 เอกสารหรือคำแนะนำการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 500 reactions
   3.2 ใช้สี SYBR Green I ในการตรวจหา DNA
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพ
   5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์