G007/67
G007/68
G007/69
G007/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค *Salmonella* spp. ด้วยเทคนิค Molecular

1. เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* spp. ในตัวอย่างอาหาร อาหารสัตว์ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค Molecular
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   - 2.1 หลอดบรรจุสารไลซิส (Lysis Solution)
   - 2.2 หลอดบรรจุรีเอเจนท์ (Reagent Tube)
   - 2.3 ฝาปิดหลอดบรรจุรีเอเจนท์ (Extra Caps)
   - 2.4 ชุดควบคุม Reagent Control (RC)
   - 2.5 คู่มือการใช้งาน

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   - 3.1 วิเคราะห์การปนเปื้อนโดยใช้หลักการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA) ของเชื้อ *Salmonella* spp. โดยใช้อุณหภูมิเดียว (Isothermal DNA Amplification) และการตรวจวัดการเรืองแสงแบบ Bioluminescence ที่ปนเปื้อนของเชื้อ *Salmonella spp.* 1-5 CFU/ตัวอย่างได้
   - 3.2 รายงานผลเป็น Real time และสามารถรายงานผลได้ในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที
   - 3.3 สามารถใช้ทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 96 ตัวอย่างต่อหนึ่งรอบการทดสอบ
   - 3.4 สามารถใช้กับเครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคยี่ห้อ 3M ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
   - 5.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   - 5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ภายหลังการขาย

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

5.4 ชุดทดสอบ...

G007/67
G007/68
G007/69
G007/70

5.4 ชุดทดสอบต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
5.5 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์