G016/67

G016/68
G016/69
G016/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจจำแนกเชื้อ *Bacillus*

1. เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจจำแนกเชื้อ *Bacillus* โดยวิธีชีวเคมี
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 แถบพลาสติกจำนวน 5 แถบ ซึ่งแต่ละแถบมีหลุม 10 หลุม โดยบรรจุ Control ในหลุมแรก และอีก 49 หลุม บรรจุสารแต่ละหลุมดังนี้
   - 2.1.1 Glycerol (GLY)
   - 2.1.2 Erythritol (ERY)
   - 2.1.3 D-Arabinose (DARA)
   - 2.1.4 L-Arabinose (LARA)
   - 2.1.5 D-Ribose (RIB)
   - 2.1.6 D-Xylose (DXYL)
   - 2.1.7 L-Xylose (LXYL)
   - 2.1.8 D-Adonitol (ADO)
   - 2.1.9 Methyl-βD-Xylopyranoside (MDX)
   - 2.1.10 D-Galactose (GAL)
   - 2.1.11 D-Glucose(GLU)
   - 2.1.12 D-Fructose (FRU)
   - 2.1.13 D-Mannose (MNE)
   - 2.1.14 L-Sorbose (SBE)
   - 2.1.15 L-Rhamnose (RHA)
   - 2.1.16 Dulcitol (DUL)
   - 2.1.17 Inositol (INO)
   - 2.1.18 D-Mannitol (MAN)
   - 2.1.19 D-Sorbitol (SOR)
   - 2.1.20 Methyl-αD-Mannopyranoside (MDM)
   - 2.1.21 Methyl-αD- Glucopyranoside (MDG)
   - 2.1.22 N-Acetylglucosamine (NAG)
   - 2.1.23 Amygdalin (AMY)
   - 2.1.24 Arbutin (ARB)
   - 2.1.25 Esculin ferric citrate (ESC)
   - 2.1.26 Salicin (SAL)
   - 2.1.27 D- Cellobiose
   - 2.1.28 D-Maltose (MAL)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

2.1.29 D-Lac...

G016/67
G016/68
G016/69
G016/70

2.1.29 D-Lactose (bovine origin) (LAC)
2.1.30 D- Melibiose (MEL)
2.1.31 D- Saccharose (Sucrose) (SAC)
2.1.32 D-Trehalose (TRE)
2.1.33 Inulin (INU)
2.1.34 D- Melezitose (MLZ)
2.1.35 D-Raffinose (RAF)
2.1.36 Amidon (Starch) (AMD)
2.1.37 Glycogen (GLYG)
2.1.38 Xylitol (XLT)
2.1.39 Gentiobiose (GEN)
2.1.40 D-Turanose (TUR)
2.1.41 D-Lyxose (LYX)
2.1.42 D-Tagatose (TAG)
2.1.43 D-Fucose (DFUC)
2.1.44 L-Fucose (LFUC)
2.1.45 D- Arabitol (DARL)
2.1.46 L-Arabitol (LARL)
2.1.47 Potassium Gluconate (GNT)
2.1.48 Potassium 2-Ketogluconate (2KG)
2.1.49 Potassium 5-Ketogluconate (5KG)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

2.2 Incubation box จำนวน 10 ชุด
2.3 ชุดรายงานผล จำนวน 10 แผ่น
2.4 CHB/E medium จำนวน 10 ขวด
2.5 คู่มือแนะนำการใช้งาน

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3. สามารถอ่านผลทดสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการบ่ม
4. แถบพลาสติกบรรจุสารเคมีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 เดือนและ CHB/E medium มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

เสนอ...

5. การรับรอง...

G016/67

G016/68

G016/69

5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ

5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน G016/70

5.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย

5.4 ชุดทดสอบต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

5.5 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ

6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ชุดตรวจจำแนกเชื้อ *Bacillus*