G017/67
G017/68
G017/69
G017/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม Anaerobes

1. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปสำหรับจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม Anaerobes โดยวิธีชีวเคมี
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   - 2.1 แถบพลาสติกจำนวน 25 แถบ แต่ละแถบประกอบด้วยหลุมที่บรรจุสารเคมี จำนวน 20 หลุม จากหลุมที่ 1 – 20 ดังนี้
     - 2.1.1 L-Tryptophane (IND)
     - 2.1.2 Urea (URE)
     - 2.1.3 D-Glucose (GLU)
     - 2.1.4 D-Mannitol (MAN)
     - 2.1.5 D-Lactose (bovine origin) (LAC)
     - 2.1.6 D-Saccharose (Sucrose) (SAC)
     - 2.1.7 D-Maltose (MAL)
     - 2.1.8 Salicin (SAL)
     - 2.1.9 D-Xylose (XYL)
     - 2.1.10 L-Arabinose (ARA)
     - 2.1.11 Gelatin (bovine origin) (GEL)
     - 2.1.12 Esculin ferric citrate (ESC)
     - 2.1.13 Glycerol (GLY)
     - 2.1.14 D-Cellobiose (CEL)
     - 2.1.15 D-Mannose (MNE)
     - 2.1.16 D-Melezitose (MLZ)
     - 2.1.17 D-Raffinose (RAF)
     - 2.1.18 D-Sorbitol (SOR)
     - 2.1.19 L-Rhamnose (RHA)
     - 2.1.20 D-Trehalose (TRE)
   - 2.2 กล่องพลาสติกสำหรับ incubate จำนวน 25 ชุด
   - 2.3 แผ่นบันทึกผล จำนวน 25 แผ่น
   - 2.4 API 20 A medium จำนวน 25 ampules
   - 2.5 น้ำยา Reagent สำหรับใช้หยดลงในหลุมพลาสติกหลังจากบ่มเชื้อแล้ว ดังนี้
     - 2.5.1 BCP reagent
     - 2.5.2 EHR reagent
     - 2.5.3 XYL reagent
   - 2.6 คู่มือแนะนำการใช้งาน

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3.มีคุณสมบัติ...

G017/67
G017/68
G017/69
G017/70

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 สามารถทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 25 tests
   3.2 สามารถอ่านผลทดสอบได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง
4. แถบพลาสติกบรรจุสารเคมี มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน น้ำยา Reagent มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
5. การรับรองคุณภาพ
   5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ โดยแจกแจงรายละเอียดของสารเคมีและ reagent ทุกชนิดของชุดทดสอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
   5.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
   5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
   5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

ชุดตรวจจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม Anaerobes

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์