G051/67
G051/68
G051/69
G051/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dispenser, 20 - 100 mL

1. เป็น Dispenser มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลาย หรือมีวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกได้
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic solvent) ได้
   2.2 มีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นชัดเจน สามารถปรับเพิ่ม หรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 2.0 มิลลิลิตร
   2.3 มีค่าความเที่ยง (Precision หรือ Random error) ผิดพลาดไม่เกิน ±0.1 เปอร์เซ็นต์
   มีค่าความแม่น (Accuracy หรือ Systematic error) ผิดพลาดไม่เกิน ±0.5 เปอร์เซ็นต์
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 20 - 100 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
   4.1 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (Calibrated certificate) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
   4.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์