G053/67
G053/68
G053/69
G053/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
pH electrode for Orion 520A pH meter

1. เป็น Electrode ชนิด Combination pH electrode ใช้วัด pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 สามารถวัดค่า pH ในช่วง 0 – 14 และวัดอุณหภูมิที่ 0 – 100 องศาเซลเซียสได้
   2.2 หัววัดค่า pH มีลักษณะเป็นแบบ Flat surface และตัวของ Electrode ทำด้วยอีพ๊อกซี่ (epoxy body)
   2.3 สามารถใช้กับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion รุ่น 520 A ที่มีอยู่เดิมได้
3. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
4. มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of quality) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์