G058/68
G058/69
G058/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dispenser for concentrated acids, 1 - 10 mL

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือมีระบบวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกและมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาด (inaccuracy หรือ systematic error) ไม่เกิน ±0.5 เปอร์เซ็นต์และมีค่า precision ที่ผิดพลาด (imprecision หรือ random error หรือ %CV) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์
   2.2 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตร (subdivision หรือ separation) ไม่เกิน 0.2 มิลลิลิตร
   2.3 สามารถใช้กับกรดเข้มข้นได้ เช่น hydrochloric acid 20-37 เปอร์เซ็นต์ nitric acid 30-70 เปอร์เซ็นต์ sulfuric acid 98 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 1 - 10 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
   4.1 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์