G069/67

G069/68
G069/69
G069/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดไฟอัลตร้าไวโอเลต ขนาดความยาว 893 - 895 มิลลิเมตร

1. เป็นหลอดรังสีอัลตร้าไวโอเลตใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 สามารถใช้กับห้องปฏิบัติการได้ โดยบริเวณขั้วหลอดทั้งสองด้านมีเขี้ยว 2 เขี้ยว
   2.2 มีกำลังไฟฟ้าประมาณ 30 วัตต์
   2.3 มีความยาวคลื่นประมาณ 253 - 254 นาโนเมตร
3. หลอดมีความยาวประมาณ 893 – 895 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 - 28 มิลลิเมตร
4. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 60081 หรือ มาตรฐาน CE
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์