G085/68

G085/69

G085/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Desiccator, diameter 25 cm

1. เป็นโถแก้วพร้อมฝาปิด สำหรับเก็บตัวอย่างสารมาตรฐาน สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความชื้น
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ทำจากแก้ว Borosilicate ทั้งตัวโถและฝาปิด
   2.2 มีถาด Porcelain สำหรับวางตัวอย่าง
   2.3 ตัวโถและฝาปิดสนิทได้พอดีกัน
   2.4 ด้านบนของตัวฝามีช่องสำหรับต่อกับวาล์วเปิด-ปิดให้อากาศเข้าออก
   2.5 วาล์วเปิด-ปิดให้อากาศเข้าออกต่อกับเกลียวพลาสติกที่สามารถหมุนปิดช่องบนฝาได้สนิท
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวโถประมาณ 25 เซนติเมตร
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์