G099/69

G099/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Sample tube for amino acid analysis, 6 x 50 mm

1. เป็นหลอดสำหรับบรรจุสารละลาย ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนด้วยเครื่อง HPLC ยี่ห้อ Waters
2. มีคุณสมบัติดังนี้
   2.1 ทำจากแก้ว borosilicate
   2.2 สามารถใช้งานร่วมกับ PicoTag work station ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
3. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มิลลิเมตรและความยาวของหลอด 50 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 72 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์