G106/67

G106/68
G106/69
G106/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Vial for Autosampler, crimp top wide mouth, 2 mL, 12 x 32 mm

1. เป็นขวดแก้วทรงกระบอก สำหรับใช้กับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ทำจากแก้ว ปากขวดแบบ Crimp top wide mouth
   2.2 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติยี่ห้อ Agilent หรือ Shimadzu หรือ Water หรือ Thermo Scientific ได้โดยไม่ติดขัด
3. มีขนาดประมาณ 12 x 32 มิลลิเมตร และความจุประมาณ 2 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.2 บรรจุ 100 ชิ้นต่อแพ็คในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์