G129/67

G129/68
G129/69
G129/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Cryotube, internal thread, 2.0 mL

1. เป็นหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างพร้อมฝาปิด สามารถตั้งได้ มีขีดบอกปริมาตรและตัวเลขอยู่ข้างหลอดชัดเจน
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 หลอดทำด้วยพลาสติกชนิด Polypropylene ฝาเป็นแบบฝาเกลียวใน ถูกออกแบบให้สามารถหมุนปิดได้สนิทโดยไม่มีการรั่วซึม
   2.2 ผ่านการฆ่าเชื้อตามระดับ Sterility assurance level (SAL) ที่ 10^{-3} หรือ 10^{-6}
   2.3 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ –196 องศาเซลเซียส ถึง 121 องศาเซลเซียสได้
3. หลอดมีขนาด กว้าง x ยาวประมาณ 12.5 x 49 มิลลิเมตร และสามารถบรรจุปริมาตรตัวอย่าง 1.8 - 2.0 มิลลิลิตรได้
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของผลิตภัณฑ์ Lot ที่ส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
   4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์